



ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ГААЛИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИЙН
МАГАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮГНЭЛТ



2021 оны 01 сарын 25 өдөр

№ 0121000430

Улаанбаатар хот

2021-01-25

0121000430


Бүртгэлийн №: 0221L00196

А. Шинжилгээнд хамрагдсан барааны мэдээлэл							
1. Мэдүүлэгчийн нэр, регистр	2. Дээжийн тоо	3. Дээжийн төрөл	4. Экспорт Импорт	5. Ирүүлсэн гаалийн байгууллага, ГУБ		6. Ирүүлсэн огноо	
Монсуль ХХК 2794241	1	1	Импорт	02913	050878	2021-01-22	
7. Тээврийн хэрэгсэл	9. Дээжний битүүмжлэл	8. Дээжийг дагалдах бичиг баримтууд					
Вагон цистерн Вагон цистерн	878	УУХҮЯ-ны бүх төрлийн шатахуун импортлох зөвшөөрөл №445, УБГ №9011003130, Гэрээний нэмэлт №48, Паспорт №000129, ОХУ-ын мэдүүлэг №10006060/281220/0124150, Тээврийн бичиг №30195342, 30195371, 30196545, 30195214, 30195205					
Б. Шинжилгээний зорилго							
БТКУС -ийн код тодорхойлох							
В. Шинжилгээний үр дүн							
10. Шинжилгээ хийсэн итгэмжлэгдсэн лабораторийн нэр			11. Сорилтын дүнгийн дугаар		12. Сорилтын дүнгийн огноо		
Гаалийн төв лаборатори			000156		2021-01-25		
№	13. Барааны нэр		14. Ангиллын код	15. Төлөв байдал	16. Тоо хэмжээ	17. Хэмжих нэгж	18. Барааны ангилалын тайлбар
1	Мэдүүлсэн: Дизель түлш, өвлийн		27101921	Цайвар шаргал өнгийн тосорхог шингэн	317132 кг		БТКУС-ийн ЕТД-1 ба 6, 27-р бүлгийн ерөнхий тайлбар, Зүйл 27.10-ийн тайлбар (А)-г үндэслэн ангилав.
	Шинжилгээний үр дүн: Дизель түлш, өвлийн, 40 градус дахь кинематик зууралдлага 1.456 мм2/сек		27101921				
Г. Ерөнхий дүгнэлт							
Шинжилгээний дүн болон холбогдох бичиг баримтаас үзэхэд тус компанийн импортлож буй нефтийн бүтээгдэхүүн нь цетаны тоо 42.6, 15 градус дахь хувийн жин 812.6 кг/м3, 40 градус дахь кинематик зууралдлага 1.456 мм2/сек бүхий өвлийн дизель түлш байна							
Нэмэлт мэдээлэл: Үгүй							
Тайлбар: Дүгнэлтэд дурьдсан бараатай харьцуулан шалгах							
Дүгнэлтийн хүчинтэй хугацаа: 1 сар							

ГУБ - Шинжээч

ГУАБ - Ахлах шинжээч

ГААЛИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА —



Б. ААЛИАХҮҮ

П.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

С.ЦЭРЭНЧИМЭД


Хуудас: 1 / 1

40.

Минь



ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ГААЛИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ



ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН



2021 оны 01 сарын 25 өдөр

№ 000156

Улаанбаатар хот

1. Ирүүлсэн дээжинд холбогдох мэдээлэл:

Дээж ирүүлсэн газрын нэр

"Монсоль" ХХК

Дээж сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал

УБГГ-ГУБ Д.Ганбат /878/

Бүртгэлийн дугаар

0221L00196

Холбогдох бичиг баримтын дугаар

УУХҮЯ-ны шатахуун импортлох №445

Үйлдвэрлэгчийн чанарын гэрчилгээ №000129

Хүлээн авсан огноо

2020.01.22

Шинжилсэн огноо

2021.01.25

Битүүмжлэлийн дугаар

ГУБ-878

2. Шинжилгээний үр дүн:

№	Мэдүүлсэн дээж. сорьц		Бүтээгдэхүүний стандарт	Цетаны тоо		Хувийн жин, кг/м ³		Найрлагын бүрэлдэхүүн, °C		Өнгө, нэгж		Зэс хавтгайн арга		Кинематик зууралдага, мм ² /с, 40 градус	
	Нэр төрөл	Төлөв байдал		Багажны аргачлал		MNS 481:88		MNS 3405:2012		MNS ISO 2049 : 2000		MNS 326:85		MNS 480:83	
				Стандарт үзүүлэлт	Үр дүн	Стандарт үзүүлэлт	Үр дүн	Стандарт үзүүлэлт	Үр дүн	Стандарт үзүүлэлт	Үр дүн	Стандарт үзүүлэлт	Үр дүн	Стандарт үзүүлэлт	Үр дүн
1	Дизель түлш /ӨВӨЛ/	Өнгөгүй, тунгалаг, тосорхог шингэн	MNS 6861 : 2020	45, багагүй	42.6	15°C, 843.4кг/м ³ , ихгүй	812.6	50 % нэрэгдэх температур, 280 дээшгүй	216.2	0-25 нэгж	0	Тэсвэртэй	тэсвэртэй	1.5-4.0 мм ² /с	1.456
						250°C нэрэгдэх эзл. %, 65 багагүй	81.6								
						350°C нэрэгдэх эзл. %, 85 багагүй	97.9								
						95% нэрэгдэх температур, 360 ихгүй	273.2								

Шинжилгээ хийж гүйцэтгэсэн: Шинжээч
Хянаж баталгаажуулсан : Ахлах шинжээч - ГУАБ
Гаалийн Төв Лабораторийн дарга

(Signatures)

Ч.Отгонбаяр
П.Мөнх-Эрдэнэ
С.Цэрэнчимэд

Сорилтын дүн нь тухайн дээжинд хүчинтэй.
Лабораторийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлахыг хориглоно.

41.

(Signature)